



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
เรื่อง รายละเอียดผลการพิจารณาชี้แจงและตอบวิจารณ์ ร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
(รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนได้ดำเนินการนำร่าง TOR ประกอบด้วยร่าง รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะฯ รวมทั้งร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
(รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยการ
ประกาศขึ้นเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๔๕๓๘๓๒๓
รวมทั้งเว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนในระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๒๐
เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ หรือความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร มายังองค์การ
บริหารส่วนตำบลตะเคียน โดยเปิดเผยตัว จากผู้ประกอบการที่สนใจ ซึ่งภายหลังปรากฏว่ามีผู้ประกอบการ สนใจ
เสนอข้อวิจารณ์เข้ามา จำนวน ๑ รายได้แก่

๑. บริษัท โค้ด ไนน์ กรุ๊ป จำกัด เสนอความเห็น วิจารณ์ มาวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน โดยคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานที่จะซื้อ
หรือจ้าง(Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์
สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘) ได้ร่วมพิจารณา ชี้แจง ตอบข้อเสนอนแนะ และปรับปรุงร่าง TOR ตามคำ
วิจารณ์ ของผู้ประกอบการข้างต้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายทองคำ เกลิมรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความสนใจการ เสนอแนะ คำ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นร่างขอบเขต โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่โครงการ :๖๕๐๓๕๕๓๘๓๒๓ ซึ่งบริษัท โค้ด ในน์ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำหนังสือเสนอแนะและวิจารณ์ร่างขอบเขตงานส่งมาถึง องค์การบริหารส่วน ตำบลตะเคียน ในที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น ซึ่งหน่วยงานกำหนดวันที่ประกาศร่าง TOR ลงวันที่ ๑๐ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วง ระยะเวลาการวิจารณ์และมีประเด็นการเสนอแนะ คำวิจารณ์ และความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน ดังนี้

ข้อ ๑. คำขอวิจารณ์

บริษัท โค้ด ในน์ กรุ๊ป จำกัด ได้วิจารณ์ตามรายละเอียด ส่วนที่ ๓ คุณลักษณะทั่วไปรถพยาบาล ฉุกเฉิน ข้อ ๓.๓.๕.๓ ประตูด้านในเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาส ชนิด ANTI-BAC

ข้อเสนอแนะ ข้อ ๓.๓.๕.๓ ประตูด้านในเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาส ชนิด ANTI-BAC ไม่มีรอยต่อ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร แผ่นไฟเบอร์กลาสได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมมีผลการทดสอบ Antimicrobial Activity มาตรฐาน ISO ๒๒๑๙๖ และ JIS Z๒๘๐๑ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลชีพไม่น้อยกว่า ๙๕ เปอร์เซ็นต์ มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี พร้อมแนบเอกสารรับรองมาในวันเสนอราคา

มีความคิดเห็นว่า การระบุอายุการทำงานไม่น้อยกว่า ๕๐ ปีนั้น เป็นการเฉพาะเจาะจงให้กับ ผู้ขายรายใดราย หนึ่งซึ่งอาจเป็นการลิดรอนสิทธิ และ การใช้งานของรถยนต์มีอายุการใช้งานไม่ถึง ๕๐ ปี เพื่อเป็น การเปิดกว้างใน การแข่งขันมากขึ้นเห็นควรตัดข้อความ มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี ออก

ตอบข้อวิจารณ์ ขอปรับคุณลักษณะตามที่บริษัทฯได้เสนอแนะ โดยปรับข้อความ คือ ข้อ ๓.๓.๕.๓ ประตูด้านในเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาส ชนิด ANTI-BAC ไม่มีรอยต่อ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร แผ่นไฟเบอร์กลาสได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมมีผลการทดสอบ Antimicrobial Activity มาตรฐาน ISO ๒๒๑๙๖ และ JIS Z๒๘๐๑ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลชีพไม่น้อยกว่า ๙๕ เปอร์เซ็นต์ พร้อมแนบเอกสารรับรองมาในวันเสนอราคา

ข้อ ๒. คำขอวิจารณ์

บริษัท โค้ด ในน์ กรุ๊ป จำกัด ได้วิจารณ์ตามรายละเอียด ส่วนที่ ๓ คุณลักษณะทั่วไปรถพยาบาล ฉุกเฉิน ข้อ ๓.๑.๙ ผู้ผลิต ประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาล

ข้อเสนอแนะ : ข้อ ๓.๑.๙ ผู้ผลิต ประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาล จะต้องมิตัวแทนจำหน่ายใน จังหวัดที่เสนอราคา เพื่อความสะดวกในการบริการ หรือ บำรุงรักษา (พร้อมเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)

มีความคิดเห็นว่า การบำรุงรักษาในแต่ละบริษัทมีหลายวิธี เช่น การบริการถึงที่ หรือ การเข้าใช้ บริการ ศูนย์บริการของรถยนต์ รวมถึงอาจจะมีพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดใกล้เคียง เห็นควรให้เพิ่มข้อความ หรือ มี ศูนย์บริการเพื่อความสะดวกในการบริการ หรือ บำรุงรักษา ในจังหวัดใกล้เคียง หรือ พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการ เปิดกว้างให้มีการแข่งขันมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ

ตอบข้อวิจารณ์ ขอปรับคุณลักษณะตามที่บริษัทฯได้เสนอแนะ โดยปรับข้อความ คือ ข้อ ๓.๑.๙ ผู้ผลิต ประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาล จะต้องมิตัวแทนจำหน่ายมาตรฐาน หรือเครือข่ายศูนย์บริการ ใกล้เคียง/ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อรองรับการเข้าบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้อย่างสะดวก (พร้อม เอกสารรับรองในวันเสนอราคา)

ข้อ ๓. คำขอวิจารณ์

บริษัท โค้ด ไนน์ กรุป จำกัด ได้วิจารณ์ตามรายละเอียด ส่วนที่ ๓ คุณลักษณะทั่วไปรถพยาบาลฉุกเฉิน ข้อ ๔.๑.๑๒ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๓

ข้อเสนอแนะ : ข้อ ๔.๑.๑๒ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๓

มีความคิดเห็นว่า ตัวเลข ๙๐๐๓ เกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์ เนื่องจาก ISO ๙๐๐๓ ไม่มี ควรแก้เป็น ISO ๙๐๐๑

ตอบข้อวิจารณ์ ขอปรับคุณลักษณะตามที่บริษัทฯ ได้เสนอแนะ โดยปรับข้อความ คือ ๔.๑.๑๒ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑, ๔๕๐๐๑

ข้อ ๔. คำขอวิจารณ์

บริษัท โค้ด ไนน์ กรุป จำกัด ได้วิจารณ์ตามรายละเอียด หมวด ค คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ ข้อ ๑. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเซ็นได้

ข้อเสนอแนะ : ข้อ ๑.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์พร้อมแนบ รายการที่นำเข้าตรงกับรุ่นที่เสนอราคา ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ต้องไม่หมดอายุในวันเสนอราคา พร้อม แนบเอกสารมาในวันเสนอราคา

มีความคิดเห็นว่า เตียงพยาบาลมีหลายแบบ มีทั้งผลิตเอง มีทั้งนำเข้าชิ้นส่วน มีทั้งนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว เตียงทั้งชิ้น การระบุใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์พร้อมแนบรายการที่นำเข้าตรงกับรุ่นที่เสนอนั้น เป็นการ ระบุให้เป็นเตียงชนิดนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเตียงทั้งชิ้นเพียงอย่างเดียวจึงจะมีใบอนุญาตที่มีรายการตรงรุ่น ได้ แนะนำให้หน่วยงาน ตัดออก หรือ เพิ่มข้อกำหนดให้มีคำว่า หรือ ใบอนุญาตอื่น ๆ เช่น MIT เป็นต้น

ตอบข้อวิจารณ์ ขอปรับคุณลักษณะตามที่บริษัทฯ ได้เสนอแนะ โดยปรับข้อความ คือ ข้อ ๑. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเซ็นได้ ๑.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ “ใบอนุญาตขาย/ผลิตเครื่องมือแพทย์” หรือ “ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ” ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุในวันเสนอราคา หรือ พร้อม แนบเอกสารมาในวันเสนอราคา

ข้อ ๕. คำขอวิจารณ์

บริษัท โค้ด ไนน์ กรุป จำกัด ได้วิจารณ์ตามรายละเอียด หมวด ค คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ ข้อ ๓.๑.๙ ผู้ผลิต ประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาล

ข้อเสนอแนะ : ข้อ ๑. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเซ็นได้ ข้อย่อย ๑.๑๐ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ FDA และ CE พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา

มีความคิดเห็นว่า มาตรฐานพื้นฐานของอุปกรณ์การแพทย์ตามที่ สผจ.กำหนด คือ ISO ๑๓๔๘๕ ควรเปลี่ยนคำ ว่าและ เป็นคำว่าหรือ แทน

ตอบข้อวิจารณ์ ขอปรับคุณลักษณะตามที่บริษัทฯ ได้เสนอแนะ โดยปรับข้อความ คือ ข้อ ๑. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเซ็นได้ ๑.๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ หรือ FDA หรือ CE หรือ EN ๑๓๘๙ หรือ ตามมาตรฐานอื่น หรือการทดสอบอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา หรือตามที่ สผจ.ประกาศเพิ่มเติมพร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา

ข้อ ๖. คำขอวิจารณ์

ข้อเสนอแนะ ข้อ ๗. วัสดุทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องแนบหนังสือประกอบการนำเข้า เครื่องมือแพทย์ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการวัสดุทางการแพทย์ที่นำเข้า จากต่างประเทศ มาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

- ๗.๑ เต็มรถเข็นพยาบาล
- ๗.๒ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
- ๗.๓ แก้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- ๗.๔ กระดานแข็งรองนอน (Spinal Board)
- ๗.๕ ชุดล็อกศรีษะ

มีความคิดเห็นว่า มาตรฐานพื้นฐานของอุปกรณ์การแพทย์ตามที่ สผ.กำหนด คือ ISO ๑๓๔๘๕ และ อุปกรณ์การแพทย์บางชนิด เช่น เต็มรถเข็นที่ได้กล่าวไปข้างต้น ไม่ได้นำเข้าเสมอไปทั้งนี้การระบุเอกสารประกอบการนำเข้าอาจจะไม่สอดคล้องกันกับสินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือ MIT ควรตัดข้อนี้ออก

ตอบข้อวิจารณ์ ขอปรับคุณลักษณะตามที่บริษัทฯได้เสนอแนะ โดยปรับข้อความ คือ ข้อ ๗. วัสดุทางการแพทย์ ต้องมีใบรับรอง ISO ๑๓๔๘๕ (มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพเครื่องมือแพทย์) หรือ ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุรุ่นที่เสนอให้ชัดเจน มาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

- ๗.๑ เต็มรถเข็นพยาบาล
- ๗.๒ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
- ๗.๓ แก้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- ๗.๔ กระดานแข็งรองนอน (Spinal Board)
- ๗.๕ ชุดล็อกศรีษะ

ในส่วนอื่นนั้นหน่วยงานได้กำหนดคุณลักษณะไม่มีข้อใดขัดหรือไม่ชอบ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีสืบกลาง แต่อย่างใด โดยได้ยึดแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ หน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ” ดังต่อไปนี้คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ขอยืนยันว่ารายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้กระทำอย่างระมัดระวัง และรัดกุมที่สุด เพื่อให้สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงตามความต้องการ เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันเสนอราคา ประหยัดงบประมาณ บังเกิดความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของ งานและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ได้กระทำการถูกต้องภายใต้ หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยอ้างอิงจากหน่วยงาน อปท.ที่เคยจัดซื้อแล้วสามารถทำได้ และอ้างอิงจากผู้ค้าที่เสนอไม่น้อยกว่า ๓ ราย ซึ่งถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีเจตนาถักทอ หรือขัดขวางใดๆ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายปรีชา ศรีนาคา)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวอารีย์ กว้างขวาง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายพิเชฐ ละเอียดอ่อน)